

Подбор кода для заказа датчика свободного хлора CCS142D

Заменить цифры на коды						
CCS142D	-	1	2	3	4	5

1 – Рабочий диапазон

Код	Пояснение
A	0,05-20 мг/л
G	0,01-5 мг/л
Y	Спец. исполнение, требуется указать №TSP

2 – Сертификат

Код	Пояснение
C	для безопасных зон + ЕАС маркировка

3 – Резьба

Код	Пояснение
S	Резьба NPT 3/4, разъем Memosens

4 – Кабель

Код	Пояснение
8	Стандартное исполнение, без кабеля
9	Спец.исполнение, требуется указать №TSP

5 – Аксессуары

Код	Пояснение
0	Нет